


# HIOKI电表继电器规格确认书

电表继电器是根据客户指定规格生产的定制产品，  
下订单前请务必确认好规格和数量。

该产品在下订单以后是不能变更规格或退货的。

请在□内打勾。

1.指定型号	<input type="checkbox"/> 2103 (84×72×133) <input type="checkbox"/> 2104 (104×88×133)
2.指定继电器	<input type="checkbox"/> L(只设下限) <input type="checkbox"/> H(只设上限) <input type="checkbox"/> H·L(上限、下限均设)
3.指定电源电压	<input type="checkbox"/> AC100V(标准) <input type="checkbox"/> AC200V <input type="checkbox"/> 其他【 AC·DC                  V】 <small>《备注》电源电压为AC100V、AC200V以外的情况需要加算价格。因为是单电源所以请一定要确认。</small>
4.指定输入种类	<input type="checkbox"/> AC=交流 <input type="checkbox"/> DC=直流
5.指定输入值	【                  】 (例 0~5、0~20、1~5 等)
6.指定输入单位	【                  】 (例 V(电压)、A(电流)、mA、μA、mV) <small>《备注》输入或刻度请尽量指定标准规格。标准规格以外的情况需要加算价格。</small>
7.指定刻度单位记号	<input type="checkbox"/> AC(交流) <input type="checkbox"/> DC(直流) <input type="checkbox"/> 无表示 (~)                    (-)                    (无)
8.指定刻度值	【                  】 (例 0~100、10~50、20~100 等)
9.指定刻度单位	【                  】 (例 与6.指定单位同样。或指定 %、r/min、kg、kW) <small>《备注》特殊单位需要加算价格。请正确填写单位的大写、小写等。</small>
10.指定选件	<input type="checkbox"/> 不需要(客户自己有) <input type="checkbox"/> 需要【                  】 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最大刻度值超过AC5A时，需要外添变流器(CT-5MRN)。</li> <li>● 最大刻度值超过DC20A时，需要外添分流器(HS-1)。</li> <li>● 最大刻度值超过AC300V、DC300V时，需要倍增器。(本公司不出售)</li> </ul>
11.是否有特殊规格	对刻度板等如有特殊指定事项，请另外提出申请。 【                  】



**特殊规格 ※产生另外价格**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2103 的指示仪表精度级别 1.5 级</li> <li>● 延长刻度仪表 2倍或3倍延长刻度</li> <li>● 4—20 mA、1—5 V 以外的扩大刻度 最大可扩大到40% (与最大刻度相比)</li> <li>● 双摆动仪表(例: 零中心)</li> <li>● 继电器响应时间: 除0.05 s 固定(DC)以外, 还有可变类型</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 刻度板的刻度、单位的指定。</li> <li>● 打开电源时的延迟时间可变类型 仪表输入 DC用:0.1~10s 仪表输入 AC用:2~12s</li> <li>● 附带DC 1 V/f.s. 输出端子/ 但与输入回路为同电位 (负载阻抗1 M Ω 以上)</li> <li>● 交流电流计、交流电压计的有效值型</li> </ul>
---	--